

看護師等養成所

都道府県	施設類型	施設			使用状況		その他（その後の対応等）
		名称	連絡先	所在地	医療器具名	使用時期	
京都府	看護師養成所3年課程	京都中央看護保健専門学校	池西 静江 075-661-9999	京都市南区東九条松田町138-1	10	平成10年・13年・20年3月	平成9年頃より授業のなかでデモンストレーションを実施していたが、左記の使用時期については学内実習でアルコール綿で適宜、消毒を行い、複数人に器具を共用した。本校では入学時に肝炎の抗原検査を全数実施しているが、念のため、20年3月に実施した学生にはその旨を通知し、希望者全員に肝炎の検査を行い、感染していないことを確認した。
京都府	看護師養成所3年課程	近畿高等看護専門学校	堀口 正美 075-841-7430	京都市中京区西ノ京小堀池町5-2	8	平成17年10月頃～平成19年10月頃	成人看護学授業で希望者（クラスの約半数）が使用。対象学年の入学時感染症検査で、陽性者はなかったことを把握。器具は年度毎に新しいものを使用しており、感染の危険性は低いと判断。器具使用の事実等について、対象学年全員に連絡しました。
京都府	看護師養成所3年課程	日本バプテスト看護専門学校	松尾 末子 075-791-6946	京都市左京区北白川山ノ元町47	9	平成18年7月14日	演習前に、対象学生がHB（一）であることを確認し、さらに説明と同意（書面）を得た上で実施した。使用の際はその都度針を交換し、本体の先端カバーについては消毒をして使用した。平成19年4月に対象学生がHB（一）であることを再確認。その後は使用していない。
京都府	臨床検査技師養成所	京都保健衛生専門学校	小澤優 075-801-2571	京都市上京区千本通竹屋町東入主税町910	4	平成15年10月頃～平成19年7月頃	器具先端部をアルコール消毒し使用していた。学生は検査実施済み。
京都府	管理栄養士養成施設	京都光華女子大学人間学部健康栄養学科	網村 昭彦 075-325-5405	京都市右京区西京極葛野町38番地	1	平成19年12月7日・14日・21日	