

仕 様 書

1 品名、仕様等

窒素迅速蒸留装置 一式

本体機器（蒸留装置）

- ・希釈水量設定 0～500ml、アルカリ添加量設定0～300ml、ホウ酸添加量設定 0～300ml、蒸留時間設定 999秒まで
- ・蒸気出力値調整 30%～100%
- ・自動添加機能（NaOH・希釈水・ホウ酸・酸性溶液）
- ・自動廃液機能

設置場所の条件

- ・電源電圧 100Vもしくは200V
（アップトランスが必要な場合は機器に含めること。）

<参考品>

本体機器

BUCHI(ビュッヒ)社製 ケルダール蒸留装置 K-360型ベーシック

電源装置

BUCHI(ビュッヒ)社製 アップトランス WTC-3K

同等品での入札は、入札公告期間内に、性能表、製品カタログ等の提出により同等品と認められた機器に限り入札可能であり、性能等がこれを満たしていないと判断された機器での入札は認められない。ただし、上記の参考品での入札は可能とする。

2 納入・設置場所

宮津湾浄化センター（宮津市字獅子10番地）

3 契約の範囲

本機器の購入に係る契約範囲は、搬入、設置までとする。

4 納期

令和元年12月20日

5 検査及び引渡し

京都府の検査に合格した後、引渡しとする。

6 その他

(1) 現有機器の引き取り

受注者は、更新機器設置にあたり既設機器を京都府と協議の上、適正に引き取ること。

(2) 本仕様書に定めのない事項については、京都府と協議すること。

また、納品された機器に不具合が生じた場合は、保証期間において受注者の負担においてこれを改めること。