

一般的名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般的名称	クラス分類	適用／非適用の別	接触部位	接触期間	備考
70708000	歯科用歯面清掃補助材	Ⅱ	適用	表面（口内）	短中期的	繰り返し使用する場合は、「短中期的」。単回使用の場合は、「一時的」。
70709000	医薬品含有歯科用歯面清掃補助材	Ⅲ	適用	表面（口内）	短中期的	漂白的な目的で、繰り返し使用する。
70710000	歯科用根管洗浄器	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	根尖組織に接触することがある。
70711000	歯科根管内洗浄吸引乾燥装置	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	根尖組織に接触することがある。
10082000	歯科用アマルガム混こう器	Ⅰ	非適用	非接触		
35791000	歯科アマルガム用カプセル	Ⅰ	非適用	非接触		
31806009	歯面漂白用加熱装置	Ⅰ	非適用	表面（口内）	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
38790000	歯科用印象材混こう器	Ⅰ	非適用	非接触		
70712001	歯科根管材料加熱注入器	Ⅰ	非適用	体内外連結	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
70712009	歯科根管材料電気加熱注入器	Ⅱ	非適用	体内外連結	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
70713000	歯科根管内異物除去器具セット	Ⅰ	非適用	体内外連結	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
70174001	歯科根管内清掃器具	Ⅰ	非適用	体内外連結	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
70714002	能動型機器向け歯科根管内清掃器具	Ⅱ	非適用	体内外連結	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
70715000	歯科用バーナ	Ⅰ	非適用	非接触		
70716000	電熱式根管プラグ	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	根尖組織に接触することがある。
70717000	歯面漂白用活性化装置	Ⅱ	非適用	表面（口内）	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
33208000	マッサージピック	Ⅰ	適用	表面（口内）	一時的	
38597000	チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット	Ⅱ	非適用	表面（口内）	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
70718000	歯科用注入器具	Ⅰ	適用	体内外連結	一時的	切削したエナメル質又は象牙質に接触しない場合には、表面（口内）となる。
70719000	歯科用多目的超音波治療器	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	超音波歯周周用スケーラと同じ目的で使用されることがある。
70720000	歯科材料加温器	Ⅰ	非適用	非接触		
70721000	歯科用多目的超音波治療・汎用電気手術組合せ機器	Ⅲ	適用	体内外連結	一時的	歯肉切開用部品、歯周治療時に歯周ポケットに挿入される部品がある。 【参考】高周波メス（クラスⅢ）が含まれる。
70722000	歯科インプラント補綴用器具	Ⅰ	非適用	体内外連結	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
34991010	歯科用ユニット	Ⅱ	非適用	非接触		

一般的名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般的名称	クラス分類	適用/非適用の別	接触部位	接触期間	備考
34991020	歯科用オプション追加型ユニット	Ⅱ	適用	表面（口内）	一時的	構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。
70723000	歯科矯正用ユニット	Ⅱ	非適用	非接触		
70724000	歯科小児用ユニット	Ⅱ	非適用	非接触		
16692000	予防歯科用ユニット	Ⅱ	非適用	非接触		
70725000	可搬式歯科用ユニット	Ⅱ	非適用	非接触		
70726000	可搬式歯科用オプション追加型ユニット	Ⅱ	適用	表面（口内）	一時的	構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。
34935010	歯科診査・治療用チェア	Ⅰ	非適用	非接触		
34859000	歯科用吸引装置	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	口腔外科手術時に切開した組織に接触することがある。
70727000	歯科用吸引装置ポンプ	Ⅱ	非適用	非接触		
12351000	汎用歯科用照明器	Ⅰ	非適用	非接触		
12352000	歯科用口腔内手術灯	Ⅰ	非適用	表面（口内）	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
70728000	歯科水ライン用フィルタ	Ⅱ	非適用	非接触		
37413000	歯科矯正用結さつ器	Ⅰ	非適用	表面（口内）	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
16204000	歯列矯正用ワイヤ	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	
31759000	歯列矯正用チューブ	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	
31797000	歯列矯正用スプリング	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	
37601000	歯列矯正用磁石	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触しない場合は、「表面（口内）」となる。
38734000	歯列矯正用帯環	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	
38741000	歯列矯正用ロック	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	
41059000	歯列矯正用アタッチメント	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	
41068000	歯列矯正用クラスプ	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	
41397000	歯列矯正用弧線	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	
70729000	歯科矯正用材料キット	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。
33592000	歯列矯正用歯牙維持装置	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	
70730000	歯科矯正用レジン材料	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	
38733000	歯列矯正用エラスチック器材	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	
70731000	歯科矯正装置用弾性材料	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	
31757000	歯列矯正用ヘッドギア	Ⅰ	適用	表面（皮膚）	長期的	
41067000	歯列矯正用チンキャップ	Ⅰ	適用	表面（皮膚）	長期的	
40468000	歯列矯正用顔弓	Ⅱ	適用	表面（皮膚）	長期的	
31801000	歯科矯正用バンドプッシャ	Ⅰ	非適用	表面（口内）	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。

一般的名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般的名称	クラス分類	適用/非適用の別	接触部位	接触期間	備考
41677000	歯列矯正用結さつ材	Ⅱ	適用	表面(口内)	長期的	
70732000	歯列矯正用咬合誘導装置	Ⅱ	適用	表面(口内)	長期的	
70733000	歯列矯正用位置測定器具	Ⅰ	非適用	表面(口内)	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
70734000	頭部顔面規格写真撮影装置	Ⅰ	非適用	非接触		
70735000	短期的使用歯科矯正用粘膜保護材	Ⅰ	適用	表面(口内)	短中期的	
70736000	歯科用口唇筋力固定装置	Ⅰ	適用	表面(口内)	短中期的	
70737000	歯科用リップバンパ	Ⅱ	適用	表面(口内)	長期的	
70738000	歯科矯正用長期粘膜保護材	Ⅱ	適用	表面(口内)	長期的	
70739000	歯科技工用電気レーズ	Ⅰ	非適用	非接触		
70740000	歯科技工用高速レーズ	Ⅰ	非適用	非接触		
34699000	歯科技工用モータ	Ⅰ	非適用	非接触		
37708000	歯科用ドリルリモートドライブ	Ⅰ	非適用	非接触		
38611009	歯科技工用エンジン	Ⅰ	非適用	非接触		
38611000	歯科技工用電気エンジン	Ⅰ	非適用	非接触		
38763009	歯科技工用エンジン向けモータ	Ⅰ	非適用	非接触		
38763000	歯科技工用電気エンジン向けモータ	Ⅰ	非適用	非接触		
70741000	歯科技工用トリマ	Ⅰ	非適用	非接触		
70742000	歯科技工用真空攪拌器	Ⅰ	非適用	非接触		
34700000	歯科技工用ドリルリモートドライブハンドピース	Ⅰ	非適用	非接触		
70743000	歯科技工用スチール切削器具	Ⅰ	非適用	非接触		
70744000	歯科技工用カーバイド切削器具	Ⅰ	非適用	非接触		
70745000	歯科技工用ガス圧式ハンドピース	Ⅰ	非適用	非接触		
70746000	歯科技工用電動式ハンドピース	Ⅰ	非適用	非接触		
70747000	歯科技工用エアモータ	Ⅰ	非適用	非接触		
70748000	歯科技工用溶接ろう付器	Ⅰ	非適用	非接触		
35761000	歯科技工用重合装置	Ⅰ	非適用	非接触		
42343000	歯科用プラスコ	Ⅰ	非適用	非接触		
34705000	歯科技工用プレス	Ⅰ	非適用	非接触		
70749000	歯科技工用ヒータプレス	Ⅰ	非適用	非接触		
70750010	歯科技工用成型器	Ⅰ	非適用	非接触		
70750020	歯科用電着型成型器	Ⅰ	非適用	非接触		
70751000	歯科技工用高周波鑄造器	Ⅰ	非適用	非接触		
70752000	歯科技工用アーク鑄造器	Ⅰ	非適用	非接触		

一般的名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般的名称	クラス分類	適用/非適用の別	接触部位	接触期間	備考
70753000	歯科技工用加熱炉铸造器	I	非適用	非接触		
36180000	歯科技工用リング焼却炉	I	非適用	非接触		
70754000	歯科技工用铸造器関連器具	I	非適用	非接触		
35762000	歯科技工用ポーセレン焼成炉	I	非適用	非接触		
10201000	歯科用咬合器	I	非適用	非接触		
35700000	歯科用顔弓	I	非適用	非接触		
34713000	歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット	I	非適用	非接触		
70755009	歯科技工用金属表面处理器	I	非適用	非接触		
70755000	歯科技工用金属表面加工器	I	非適用	非接触		表面加工により新たな物質が金属表面に生成される場合は、「体内外連結・長期間接触」になる。
70756000	歯科技工用加圧埋没器	I	非適用	非接触		
70757000	歯科インプラント技工用器材	I	適用	表面（口内）	長期的	口腔内に留置される材料等を含まない場合は、「非接触」。
70758000	歯科精密アタッチメント固定用キット	I	非適用	非接触		構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。
70759000	歯科技工用セラミックス加熱加圧成形器	I	非適用	非接触		
70760000	歯科技工用形成器具	I	非適用	非接触		
70761000	歯科用メッキ装置キット	II	適用	体内外連結	長期的	メッキ層が切削した象牙質・エナメル質に接触する可能性がない場合は、「表面（口内）」になる。
70762000	歯科用貴金属箔	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
11159000	歯科用直接金充填材	II	適用	体内外連結	長期的	
70763000	歯科用金地金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70764000	歯科用銀地金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70765000	歯科用白金地金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70766000	歯科用パラジウム地金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70767000	歯科铸造用金合金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70768000	歯科铸造用低カラット金合金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70769000	歯科铸造用14カラット金合金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。

一般の名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般的名称	クラス分類	適用/非適用の別	接触部位	接触期間	備考
70770000	歯科メタルセラミック修復用貴金属材料	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70771000	歯科非鑄造用金合金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70772000	歯科非鑄造用低カラット金合金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70773000	歯科用金ろう	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70774000	歯科鑄造用金銀パラジウム合金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70775000	歯科非鑄造用金銀パラジウム合金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70776000	歯科用金銀パラジウム合金ろう	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70777000	歯科鑄造用銀合金第1種	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70778000	歯科鑄造用銀合金第2種	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70779000	歯科用銀ろう	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70780000	歯科鑄造用14カラット金合金向けプラズメタル	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70781000	歯科鑄造用金合金向けプラズメタル	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70782000	歯科用銀パラジウム合金ろう	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70783000	歯科鑄造用ニッケル・クロム合金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70784000	歯科用ニッケル・クロム合金線	II	適用	表面（口内）	長期的	
70785000	歯科用ニッケル・クロム合金板	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70786000	歯科非鑄造用ニッケル・クロム合金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70787000	歯科用ニッケル・クロム系合金ろう	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70788000	歯科鑄造用コバルト・クロム合金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。義歯床用専用の場合は、「表面（口内）」となる。

一般の名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般的名称	クラス分類	適用/非適用の別	接触部位	接触期間	備考
70789000	歯科用コバルト・クロム合金線	II	適用	表面（口内）	長期的	
70790000	歯科非鑄造用コバルト・クロム合金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。義歯床用専用の場合は、「表面（口内）」となる。
70791000	歯科用コバルト・クロム系合金ろう	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。義歯床用専用の場合は、「表面（口内）」となる。
70792000	歯科用ステンレス鋼線	II	適用	表面（口内）	長期的	
70793000	歯科用ステンレス合金	II	適用	表面（口内）	長期的	
70794000	歯科鑄造用チタン合金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70795000	歯科非鑄造用チタン合金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。義歯床用専用の場合は、「表面（口内）」となる。
34836000	歯科アマルガム用合金	II	適用	体内外連結	長期的	
35767000	歯科用水銀	II	適用	体内外連結	長期的	
38762000	歯科用ガリウム合金充填材	II	適用	体内外連結	長期的	
70796000	歯科メタルセラミック修復用金属材料	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（クラウン）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70797000	歯科非鑄造用合金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（クラウン）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70798000	歯科鑄造用合金	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70799000	歯科用合金ろう	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70800000	歯科用易溶合金	I	非適用	非接触		
38779000	歯科用ろう付材料	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
38644000	陶歯	II	適用	表面（口内）	長期的	
70801000	歯科用陶材	II	適用	体内外連結	長期的	ジャケット冠が切削したエナメル質・象牙質に接触する。前装用のみであれば、「表面（口内）」となる。
70802000	歯科メタルセラミック修復用陶材	II	適用	表面（口内）	長期的	
70803000	歯科鑄造用セラミックス	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70804000	歯科射出成型用セラミックス	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70805000	歯科切削加工用セラミックス	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。

一般の名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般の名称	クラス分類	適用/非適用の別	接触部位	接触期間	備考
70806010	歯科用セラミックスキット	II	適用	体内外連結	長期的	ジャケット冠が切削したエナメル質・象牙質に接触する。前装用のみであれば、「表面（口内）」となる。
70806020	歯科加圧成形用セラミックス	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70807000	アクリル系レジン歯	II	適用	表面（口内）	長期的	
70808000	硬質レジン歯	II	適用	表面（口内）	長期的	
34976000	歯科用暫間被覆冠成形品	II	適用	表面（口内）	短中期的	
70809000	熱可塑性レジン歯	II	適用	表面（口内）	長期的	
70810010	メタルブレード臼歯	II	適用	表面（口内）	長期的	
70810020	分割型レジン臼歯	II	適用	表面（口内）	長期的	
70811010	アクリル系歯冠用レジン	II	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する。
70811020	歯冠用硬質レジン	II	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する。
31783000	歯科用高分子製暫間クラウン及びブリッジ	II	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する。
70811030	歯冠用熱可塑性レジン	II	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する。
16464000	歯科用人工咬頭	II	適用	表面（口内）	長期的	
70812000	歯冠用硬質レジン関連器材	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物として切削したエナメル質又は象牙質に接触する。
70813000	歯冠用硬質レジンキット	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物として切削したエナメル質又は象牙質に接触する。
70814000	高分子系歯冠用着色材料	II	適用	表面（口内）	長期的	
70815000	歯科セラミックス用接着材料	II	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する。
70816000	歯科レジン用接着材料	II	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する。
70817000	歯牙固定用補強材	II	適用	表面（口内）	長期的	
70818000	歯冠修復物補修用キット	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物として切削したエナメル質又は象牙質に接触する。
70819000	歯科インプラント用上部構造材	II	適用	表面（口内）	長期的	
70820000	歯科用インレーキット	II	適用	体内外連結	長期的	ボンディング材等が窩洞内に塗布される。構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。
70821000	歯科切削加工用レジン材料	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物（インレー、クラウンなど）が切削したエナメル質・象牙質に接触する。
70822000	歯科用被覆冠成形品	II	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物として切削したエナメル質又は象牙質に接触する。
70823000	歯科セラミックス用着色材料	II	適用	表面（口内）	長期的	
70824000	義歯床用アクリル系レジン	II	適用	表面（口内）	長期的	
70825000	義歯床用熱可塑性レジン	II	適用	表面（口内）	長期的	
34769000	義歯床用短期弾性裏装材	II	適用	表面（口内）	長期的	
34770000	義歯床用長期弾性裏装材	II	適用	表面（口内）	長期的	

一般の名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般の名称	クラス分類	適用/非適用の別	接触部位	接触期間	備考
70826000	歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材	II	適用	表面(口内)	長期的	
17610000	義歯床用軟質裏装材	II	適用	表面(口内)	長期的	
70827000	義歯床用レジン関連材料	II	適用	表面(口内)	長期的	
70828000	暫間義歯床用レジン	II	適用	表面(口内)	長期的	
70829000	義歯床用裏装材キット	II	適用	表面(口内)	長期的	構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。
70830000	義歯床用軟性レジン	II	適用	表面(口内)	長期的	
11171000	義歯補修キット	II	適用	表面(口内)	長期的	構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。
17609000	義歯床用硬質裏装材	II	適用	表面(口内)	長期的	
70831000	義歯床補修用レジン	II	適用	表面(口内)	長期的	
70832000	歯科印象トレー用レジン	I	適用	表面(口内)	一時的	
70833000	歯科用パターンレジン	I	非適用	非接触		
70834000	義歯床用接着材料	II	適用	表面(口内)	長期的	
70835000	歯科咬合診断用材料	I	適用	表面(口内)	一時的	
16710002	歯科用りん酸亜鉛セメント	II	適用	体内外連結	長期的	
16710003	医薬品含有歯科用りん酸亜鉛セメント	III	適用	体内外連結	長期的	
16708000	歯科用けいりん酸セメント	II	適用	体内外連結	長期的	
16705002	歯科用ポリカルボキシレートセメント	II	適用	体内外連結	長期的	
16705003	医薬品含有歯科用ポリカルボキシレートセメント	III	適用	体内外連結	長期的	
70836002	歯科接着用レジンセメント	II	適用	体内外連結	長期的	
70836003	医薬品含有歯科接着用レジンセメント	III	適用	体内外連結	長期的	
70837002	歯科用コンポジットレジンセメント	II	適用	体内外連結	長期的	
70837003	医薬品含有歯科用コンポジットレジンセメント	III	適用	体内外連結	長期的	
16709002	歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント	II	適用	体内外連結	長期的	
16709003	医薬品含有歯科用酸化亜鉛ユージノールセメント	III	適用	体内外連結	長期的	
70838002	歯科用酸化亜鉛非ユージノールセメント	II	適用	体内外連結	長期的	
70838003	医薬品含有歯科用酸化亜鉛非ユージノールセメント	III	適用	体内外連結	長期的	
70839002	歯科合着用ガラスポリアルケノエートセメント	II	適用	体内外連結	長期的	
70839003	医薬品含有歯科合着用ガラスポリアルケノエートセメ	III	適用	体内外連結	長期的	

一般的名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般的名称	クラス分類	適用/非適用の別	接触部位	接触期間	備考
	ント					
16703000	歯科用エトキシ安息香酸セメント	II	適用	体内外連結	長期的	
38776000	歯科用硫酸亜鉛セメント	II	適用	体内外連結	長期的	
70840000	歯科用アルミン酸セメント	II	適用	体内外連結	長期的	
70841002	歯科合着用ガラスポリアルケノエート系レジンセメント	II	適用	体内外連結	長期的	
70841003	医薬品含有歯科合着用ガラスポリアルケノエート系レジンセメント	III	適用	体内外連結	長期的	
70842000	歯科用セメントキット	II	適用	体内外連結	長期的	構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。
70843000	歯科用シアノアクリレート系セメント	II	適用	体内外連結	長期的	
70844000	歯科用色調試験材料	II	適用	体内外連結	一時的	
70845000	歯科用色調適合確認材料	II	適用	体内外連結	一時的	
70846000	歯科動揺歯固定用接着材料	II	適用	表面（口内）	長期的	非切削の歯質に適用される。
35876000	歯科充填修復用コンポジットレジン材キット	II	適用	体内外連結	長期的	構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。
70847002	歯科充填用コンポジットレジン	II	適用	体内外連結	長期的	
70847003	医薬品含有歯科充填用コンポジットレジン	III	適用	体内外連結	長期的	
31750002	高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材	II	適用	体内外連結	長期的	接着材がエッチングしたエナメル表面（加工した表面）に適用される。
31750003	医薬品含有高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材	III	適用	体内外連結	長期的	接着材がエッチングしたエナメル表面（加工した表面）に適用される。
34782000	歯科高分子系接着材	II	適用	体内外連結	長期的	
36153000	歯科用エッチング材	II	適用	体内外連結	一時的	
42483002	歯科用象牙質接着材	II	適用	体内外連結	長期的	
42483003	医薬品含有歯科用象牙質接着材	III	適用	体内外連結	長期的	
70848002	歯科充填用ガラスポリアルケノエートセメント	II	適用	体内外連結	長期的	
70848003	医薬品含有歯科充填用ガラスポリアルケノエートセメント	III	適用	体内外連結	長期的	
70849012	歯科支台築造用ガラスポリアルケノエートセメント	II	適用	体内外連結	長期的	
70849013	医薬品含有歯科支台築造用ガラスポリアルケノエートセメント	III	適用	体内外連結	長期的	
70849022	歯科支台築造用ガラスポリアルケノエート系レジンセメント	II	適用	体内外連結	長期的	
70849023	医薬品含有歯科支台築造用ガラスポリアルケノエート系レジンセメント	III	適用	体内外連結	長期的	

一般の名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般の名称	クラス分類	適用/非適用の別	接触部位	接触期間	備考
70850002	歯科裏層用ガラスポリアルケノエートセメント	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70850003	医薬品含有歯科裏層用ガラスポリアルケノエートセメント	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	
34784000	歯科用けい酸塩セメント	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
31780002	高分子系歯科小窩裂溝封鎖材	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	清掃した小窩裂溝に適用される。
31780003	医薬品含有高分子系歯科小窩裂溝封鎖材	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	清掃した小窩裂溝に適用される。
70851012	歯科小窩裂溝封鎖用ガラスポリアルケノエート系セメント	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	清掃した小窩裂溝に適用される。
70851013	医薬品含有歯科小窩裂溝封鎖用ガラスポリアルケノエート系セメント	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	清掃した小窩裂溝に適用される。
70851022	歯科小窩裂溝封鎖用ガラスポリアルケノエート系レジジンセメント	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	清掃した小窩裂溝に適用される。
70851023	医薬品含有歯科小窩裂溝封鎖用ガラスポリアルケノエート系レジジンセメント	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	清掃した小窩裂溝に適用される。
16182000	水酸化カルシウム系窩洞裏装材	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	
34771000	歯科表面滑沢硬化材	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	修復物及び非切削の歯質に適用される。
35877000	歯科用セラミック補修キット	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	切削後したエナメル質・象牙質に接触するため構成品（エッチング材、接着材）を含む。
38770000	歯科用覆髄材料	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
38789000	歯科用支台築造材料	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70852000	医薬品含有歯科用覆髄材料	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	
70853002	歯科用充填材料キット	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70853003	医薬品含有歯科用充填材料キット	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	
70854002	歯科充填用ガラスポリアルケノエート系レジジンセメント	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70854003	医薬品含有歯科充填用ガラスポリアルケノエート系レジジンセメント	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	
70855002	歯科間接修復用コンポジットレジジン	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70855003	医薬品含有歯科間接修復用コンポジットレジジン	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	
70856000	歯科充填用アクリル系レジジン	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70857000	歯科充填用色調調整材	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70858000	歯科接着・充填材料用表面硬化保護材	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	一時接触のものもある。
70859000	歯面処理材	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	
70860000	歯科用シーリング・コーティング材	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	エッチングしたエナメル質等に接触する。

一般の名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般の名称	クラス分類	適用/非適用の別	接触部位	接触期間	備考
70861002	歯面コーティング材	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70861003	医薬品含有歯面コーティング材	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	
70862000	医薬品含有歯面処理材	Ⅲ	適用	体内外連結	一時的	
70863002	歯科裏層用高分子系材料	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70863003	医薬品含有歯科裏層用高分子系材料	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	
70864002	歯科間接修復用コンポジットレジンキット	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70864003	医薬品含有歯科間接修復用コンポジットレジンキット	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	
70865002	歯科用支台築造材料キット	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70865003	医薬品含有歯科用支台築造材料キット	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	
70866002	歯科用象牙質接着材キット	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70866003	医薬品含有歯科用象牙質接着材キット	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	
70867000	歯科用テンポラリーストッピング	Ⅱ	適用	体内外連結	短中期的	
70868000	歯科用酸化亜鉛ユージノール仮封向け材料	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70869000	歯科用仮封材料キット	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	構成品毎に接触部位と接触期間を適用する。
70870002	歯科用高分子系仮封材料	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70870003	医薬品含有歯科用高分子系仮封材料	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	
70871002	歯科用仮封材	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70871003	医薬品含有歯科用仮封材	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	
35573000	歯科用歯周保護材料	Ⅱ	適用	体内外連結	短中期的	
70872000	医薬品含有歯科用歯周保護材料	Ⅲ	適用	体内外連結	短中期的	
31872000	歯科用根管充填ガッタパーチャポイント	Ⅱ	適用	体内植込	長期的	
34791000	歯科用根管充填ポイント	Ⅱ	適用	体内植込	長期的	
70873000	歯科用根管充填固状材料	Ⅱ	適用	体内植込	長期的	
36095000	歯科用根管充填シーラ	Ⅱ	適用	体内植込	長期的	
70874000	医薬品含有歯科用根管充填シーラ	Ⅲ	適用	体内植込	長期的	
70875000	根管充填材用軟化材	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	
70876000	水酸化カルシウム系歯科根管充填材料	Ⅲ	適用	体内植込	長期的	
70877000	ヨードホルム系歯科根管充填材料	Ⅲ	適用	体内植込	長期的	
44406000	歯科用救急キット	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	合着・接着材料を含む。構成品毎に接触部位と接触期間を適用する。
35698000	歯科用キャビティーバーニッシュ	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70878000	歯科用多目的グラスポリアルケノエートセメント	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	

一般的名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般的名称	クラス分類	適用/非適用の別	接触部位	接触期間	備考
70879000	医薬品含有歯科用多目的ガラスポリアルケノエートセメント	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	
70880000	歯科用暫間修復向けガラスポリアルケノエート系レジンセメント	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
35863000	歯科用アルギン酸塩印象材	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。
35864000	歯科用ポリエーテル印象材	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。
35865000	歯科用ポリサルファイド印象材	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。
35866000	歯科用シリコーン印象材	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。
35862000	歯科用寒天印象材	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。
34799000	歯科用インプレッションコンパウンド	Ⅱ	適用	表面（口内）	一時的	
34800000	歯科印象用石こう	Ⅰ	適用	表面（口内）	一時的	
70881000	歯科適合試験用材料	Ⅰ	適用	体内外連結	一時的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。
16352000	歯肉圧排キット	Ⅰ	適用	表面（損傷）	一時的	構成品毎に接触部位と接触期間を適用する。
35861001	歯肉圧排糸	Ⅰ	適用	表面（損傷）	一時的	
35861003	医薬品含有歯肉圧排糸	Ⅲ	適用	表面（損傷）	一時的	
70882000	歯肉圧排材料	Ⅰ	適用	表面（損傷）	一時的	
70883000	歯科咬合採得用材料	Ⅰ	適用	体内外連結	一時的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。
70884000	医薬品含有歯肉圧排材料	Ⅲ	適用	表面（損傷）	一時的	
44575000	歯科用スペーサ	Ⅰ	適用	表面（口内）	一時的	
70885000	歯科用酸化亜鉛ユーージノール系印象材	Ⅱ	適用	表面（口内）	一時的	
70886000	歯科用印象材キット	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。ただし、印象材の種類により、「表面（損傷）又は（口内）」になることがある。
70887000	歯科印象採得用器材	Ⅰ	適用	体内外連結	一時的	構成品の種類により、「表面（損傷）又は（口内）」になることがある。
70888000	歯科用光学印象採得補助材料	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。
70889000	歯科用レジン系印象材	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。
70890000	歯科複模型用寒天印象材	Ⅰ	非適用	非接触		
70891000	歯科複模型用ゴム質弾性印象材料	Ⅰ	非適用	非接触		
70892000	歯科技工用光学印象採得補助材料	Ⅰ	非適用	非接触		
16189000	歯科用キャストイングワックス	Ⅰ	適用	表面（口内）	一時的	印象採得時等、口腔内接触することがある。
70893000	歯科用パラフィンワックス	Ⅰ	適用	表面（口内）	一時的	印象採得時等、口腔内接触することがある。
70894000	歯科鑄造用シートワックス	Ⅰ	非適用	非接触		
70895000	歯科用ステッキワックス	Ⅰ	非適用	非接触		

一般の名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般の名称	クラス分類	適用/非適用の別	接触部位	接触期間	備考
18083000	歯科用咬合堤	I	適用	表面（口内）	一時的	
34807000	歯科印象用ワックス	I	適用	体内外連結	一時的	
38584000	歯科用咬合堤ワックスプレート	I	適用	表面（口内）	一時的	
38602000	歯科用咬合堤ワックス	I	適用	表面（口内）	一時的	
70896000	歯科用ユーティリティークワックス	I	適用	表面（口内）	一時的	印象採得時等、口腔内接触することがある。
34808000	歯科用ベースプレート	I	適用	表面（口内）	一時的	
31836010	歯科汎用ワックス	I	適用	体内外連結	一時的	印象採得時に、切削したエナメル質又は象牙質に接触することがある。
31836020	歯科用ワックス成形品	I	非適用	非接触		
31836030	歯科用パターン成形品	I	非適用	非接触		
70897010	歯科用焼石こう	I	非適用	非接触		
70897020	歯科用硬質石こう	I	非適用	非接触		
70898000	歯科用高温模型材	I	非適用	非接触		
70899000	歯科高温模型用補助材	I	非適用	非接触		
34811000	歯科用樹脂系模型材	I	非適用	非接触		
70900010	歯科鑄造用石こう系埋没材	I	非適用	非接触		
70900020	歯科高温鑄造用埋没材	I	非適用	非接触		
70900030	歯科ろう付用埋没材	I	非適用	非接触		
31833000	歯科用アプレシブポイント	I	非適用	表面（口内）	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
70901000	歯科技工用アプレシブ研削器具	I	非適用	非接触		
70902000	歯科技工用ダイヤモンド研削材	I	非適用	非接触		
16184000	歯磨カップ	I	非適用	表面（口内）	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
70903000	歯科用ゴム製研磨材	I	非適用	表面（口内）	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
35702000	歯科研削用ストリップ	I	非適用	表面（口内）	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
35768000	歯科予防治療用ブラシ	I	非適用	表面（口内）	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
70904000	歯面研磨材	I	適用	表面（口内）	一時的	
70905000	医薬品含有歯面研磨材	III	適用	表面（口内）	一時的	
70906000	歯科技工用研削・研磨器材キット	I	非適用	非接触		
70907000	歯科用研磨器材	I	適用	表面（口内）	一時的	器具の場合には、極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
70908000	歯科用研削器材	I	適用	表面（口内）	一時的	器具の場合には、極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。

一般の名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般の名称	クラス分類	適用/非適用の別	接触部位	接触期間	備考
16388009	義歯床安定用糊材	II	適用	表面(口内)	長期的	
16388010	粘着型義歯床安定用糊材	II	適用	表面(口内)	長期的	
16388020	密着型義歯床安定用糊材	II	適用	表面(口内)	長期的	
34006009	歯科用骨再建インプラント材	III	適用	体内植込	長期的	
34006003	非吸収性歯科用骨再建インプラント材	III	適用	体内植込	長期的	
34006004	吸収性歯科用骨再建インプラント材	IV	適用	体内植込	長期的	
42347000	歯科用骨内インプラント材	III	適用	体内植込	長期的	
42348000	歯科用インプラントフィクスチャ	III	適用	体内植込	長期的	
42349000	歯科用粘膜下埋植型インプラント材	III	適用	体内植込	長期的	
42350000	歯科用粘膜内インプラント材	III	適用	体内植込	長期的	
42352000	歯科用骨膜下インプラント材	III	適用	体内植込	長期的	
42353000	歯科用経根管及び経歯根インプラント材	III	適用	体内植込	長期的	
42354000	歯科用経歯肉インプラント材	III	適用	体内植込	長期的	
70909000	歯科用インプラントシステム	III	適用	体内植込	長期的	キット品であるため、構成品毎に接触部位と接触期間を適用する。
70910000	歯科用インプラントアバットメント	III	適用	体内植込	長期的	
70911000	歯科用手袋	I	適用	表面(口内)	一時的	
16195000	歯科用マトリックスバンド	I	非適用	表面(口内)	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
16370000	歯科用マトリックスウェッジ	I	非適用	表面(口内)	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
33204000	歯科用マトリックスリテーナ	I	非適用	表面(口内)	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
35868000	歯科用保持ピン	II	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質・象牙質に接触する。
36311000	歯科用咬合スプリント	I	適用	表面(口内)	短中期的	
38576000	歯科用精密ボールアタッチメント	II	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。
38577000	歯科用精密パーアタッチメント	II	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。
38578000	歯科用精密磁性アタッチメント	II	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。
38580000	歯科用精密スライドアタッチメント	II	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。
38603000	歯科用精密弾性アタッチメント	II	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する材料である。
38609000	歯科根管用ポスト成形品	II	適用	体内植込	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する。
38625000	歯科用高分子鉤成形品	I	適用	表面(口内)	短中期的	

一般的名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般的名称	クラス分類	適用/非適用の別	接触部位	接触期間	備考
38783000	歯科用う蝕除去液	Ⅲ	適用	体内外連結	一時的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する。
38785000	歯科用漂白材	Ⅲ	適用	表面（口内）	一時的	
70912000	歯科用金属鈎成形品	Ⅰ	適用	表面（口内）	短中期的	
70913000	医薬品含有歯科用知覚過敏抑制材料	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する。
70914000	歯科咬合スプリント用材料	Ⅰ	適用	表面（口内）	短中期的	
70915000	歯科技工用リテンションビーズ	Ⅰ	非適用	非接触		
70916010	歯科汎用アクリル系レジン	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質・象牙質に接触することがある。
70916020	歯科汎用アクリル系レジンキット	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質・象牙質に接触することがある。 構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。
70917010	歯科技工用金属表面処理材料	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物の一部となり、切削したエナメル質・象牙質に接触することがある。処理面が合着・接着材に接触しない場合は、「表面（口内）」となる。
70917020	歯科技工用色調改善向け金属表面処理材料	Ⅱ	適用	表面（口内）	長期的	歯冠修復物の一部となるが、切削したエナメル質・象牙質に接触しない。
70918000	歯科技工用セラミックス表面処理材料	Ⅰ	非適用	非接触		残留しないものに限られる。
70919000	歯科用色調遮蔽材料	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	
70920012	歯科用接着材料キット	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。
70920022	歯科技工用接着材料	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	歯冠修復物の一部となり、切削したエナメル質・象牙質に接触する。義歯専用又は合着・接着面に関与しない部分に用いる歯冠修復材用の場合は、「表面（口内）」になる。
70920003	医薬品含有歯科用接着材料キット	Ⅲ	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する。構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。
70921000	歯科金属用接着材料	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触することがある。義歯床専用であれば、「表面（口内）」となる。
70922000	歯科金属接着用キット	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。構成品の種類により、「表面（損傷）又は（口内）」になることがある。
70923000	歯科用分離材	Ⅰ	適用	体内外連結	一時的	切削したエナメル質又は象牙質に接触することがある。
70924000	歯科根管ポスト成形品キット	Ⅱ	適用	体内植込	長期的	構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。
70925000	歯科用マーカ	Ⅰ	適用	表面（口内）	一時的	
70926000	歯科用知覚過敏抑制材料	Ⅱ	適用	体内外連結	長期的	切削したエナメル質又は象牙質に接触する。
70927000	歯科用口腔内清掃キット	Ⅰ	適用	表面（口内）	一時的	構成品毎の接触部位及び接触期間を考慮する。
70928001	歯科根管切削補助材	Ⅰ	適用	体内外連結	一時的	歯髄又は根尖組織に接触することがある。
70928003	医薬品含有歯科根管切削補助材	Ⅲ	適用	体内外連結	一時的	歯髄又は根尖組織に接触することがある。

一般的名称及びクラス分類			生物学的評価の考え方			
コード	一般的名称	クラス分類	適用/非適用の別	接触部位	接触期間	備考
70929000	歯科用長期的の使用咬合スプリント向け材料	Ⅱ	適用	表面(口内)	長期的	
70930000	歯科用長期的の使用咬合スプリント	Ⅱ	適用	表面(口内)	長期的	
70931000	歯科用長期的の使用高分子鉤成形品	Ⅱ	適用	表面(口内)	長期的	
70932000	歯科用長期的の使用金属鉤成形品	Ⅱ	適用	表面(口内)	長期的	
70933000	歯科用潤滑材	Ⅱ	適用	表面(口内)	長期的	
41544000	歯肉切除メス	Ⅰ	適用	体内外連結	一時的	
42338000	靱帯切開刀	Ⅰ	適用	体内外連結	一時的	
31822000	歯科用歯肉はさみ	Ⅰ	適用	体内外連結	一時的	
31847000	歯科用金冠はさみ	Ⅰ	非適用	非接触		
31863000	歯科用辺縁仕上げファイル	Ⅰ	非適用	表面(口内)	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
37629000	歯科練成充填材用ファイル	Ⅰ	非適用	表面(口内)	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
31813000	歯科咬合紙用ピンセット	Ⅰ	非適用	表面(口内)	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
31814000	歯科治療用ピンセット	Ⅰ	非適用	表面(口内)	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
15713000	歯科用骨鉗子	Ⅰ	適用	体内外連結	一時的	
33209000	歯科矯正用プライヤ	Ⅰ	非適用	非接触		
35552000	抜歯用鉗子	Ⅰ	適用	体内外連結	一時的	
70935000	歯科技工用鉗子	Ⅰ	非適用	非接触		
42339000	歯根分離器	Ⅰ	適用	体内外連結	一時的	
13380000	歯科用開創器	Ⅰ	適用	体内外連結	一時的	
70949000	歯科用開口器	Ⅰ	非適用	表面(口内)	一時的	極短時間接触することがあるが、生物学的安全性に対するリスクが低いので、評価対象外とする。
70965001	歯科用インプラント手術器具	Ⅰ	適用	体内外連結	一時的	
70965002	電動式歯科用インプラント手術器具	Ⅱ	適用	体内外連結	一時的	