

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表の 140
付帯的な機能リスト（電気骨折治療器）

| No. | 機能名称 | 機能の定義 | 備考[承認又は許可番号] |
|-----|-----------|-----------------|---------------|
| 1 | 出力チャンネル数 | 多チャンネル出力 | (01B)第 0371 号 |
| 2 | 通電エラー検知機能 | 導子が不完全な場合にエラー表示 | (01B)第 0371 号 |

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表の 140
付帯的な機能リスト（電気骨折治療器）

| No. | 機能名称 | 機能の定義 | 備考[承認又は許可番号] |
|-----|-----------|-----------------|---------------|
| 1 | 出力チャンネル数 | 多チャンネル出力 | (01B)第 0371 号 |
| 2 | 通電エラー検知機能 | 導子が不完全な場合にエラー表示 | (01B)第 0371 号 |

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表の 142
付帯的な機能リスト（低周波治療器・干渉電流型低周波治療器組合せ理学療法機器）

| No. | 機能名称 | 機能の定義 | 備考[承認又は許可番号] |
|-----|----------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 吸引導子 | ポンプによる吸引圧で患部へ吸着させる方式の導子 | 21400BZZ00420000 21500BZZ00625000 |
| 2 | 加圧導子 | ポンプからの圧力で患部へ加圧装着させる方式の導子 | 21400BZZ00306000 |
| 3 | 出力チャンネル数 | 出力回路数 | 21400BZZ00420000 21500BZZ00625000 |

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表の 143
付帯的な機能リスト（低周波治療器・治療点検索測定器組合せ理学療法機器）

| No. | 機能名称 | 機能の定義 | 備考[承認又は許可番号] |
|-----|----------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 吸引導子 | ポンプによる吸引圧で患部へ吸着させる方式の導子 | 21400BZZ00420000 21500BZZ00625000 |
| 2 | 加圧導子 | ポンプからの圧力で患部へ加圧装着させる方式の導子 | 21400BZZ00306000 |
| 3 | モード切替 | 計測のモード切替 | 21400BZZ00214000 |
| 4 | 出力チャンネル数 | 出力回路数 | 21400BZZ00214000 |
| 5 | 信号入出力部 | コンピュータ等に接続し、情報の入出力を行う。 | 21500BZZ00323000 21600BZZ00612000 |

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表の 144
付帯的な機能リスト（低周波治療器・鍼電極低周波治療器・治療点検索測定器組合せ理学療法機器）

| No. | 機能名称 | 機能の定義 | 備考[承認又は許可番号] |
|-----|----------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 吸引導子 | ポンプによる吸引圧で患部へ吸着させる方式の導子 | 21400BZZ00420000 21500BZZ00625000 |
| 2 | 加圧導子 | ポンプからの圧力で患部へ加圧装着させる方式の導子 | 21400BZZ00306000 |
| 3 | 出力チャンネル数 | 出力回路数 | 21400BZZ00050000 |
| 4 | モード切替 | 計測のモード切替 | 21400BZZ00050000 |
| 5 | 信号入出力部 | コンピュータ等に接続し、情報の入出力を行う。 | 21500BZZ00323000 21600BZZ00612000 |

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表の 145
付帯的な機能リスト（低周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器）

| No. | 機能名称 | 機能の定義 | 備考[承認又は許可番号] |
|-----|----------|--------------------------|------------------|
| 1 | 吸引導子 | ポンプによる吸引圧で患部へ吸着させる方式の導子 | 21600BZZ00048000 |
| 2 | 加圧導子 | ポンプからの圧力で患部へ加圧装着させる方式の導子 | 21400BZZ00306000 |
| 3 | 出力チャンネル数 | 出力回路数 | 21600BZZ00048000 |
| 4 | 出力表示切替 | 出力又は強度への表示切り替え | 21600BZZ00048000 |
| 5 | 安全装置 | 異常時の保護装置 | 21600BZZ00048000 |

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表の 146
付帯的な機能リスト（低周波治療器・干渉電流型低周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器）

| No. | 機能名称 | 機能の定義 | 備考[承認又は許可番号] |
|-----|----------|--------------------------|------------------|
| 1 | 吸引導子 | ポンプによる吸引圧で患部へ吸着させる方式の導子 | 21600BZZ00048000 |
| 2 | 加圧導子 | ポンプからの圧力で患部へ加圧装着させる方式の導子 | 21400BZZ00306000 |
| 3 | 出力チャンネル数 | 出力回路数 | 21600BZZ00048000 |
| 4 | 出力表示切替 | 出力又は強度への表示切り替え | 21600BZZ00048000 |
| 5 | 安全装置 | 異常時の保護装置 | 21600BZZ00048000 |

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表の 147
付帯的な機能リスト（紫外線治療器・赤外線治療器組合せ理学療法機器）

| No. | 機能名称 | 機能の定義 | 備考[承認又は許可番号] |
|-----|------|--------------|------------------|
| 1 | 照射時間 | 間欠出力における出力時間 | 15500BZZ00105000 |
| 2 | 休止時間 | 間欠出力における休止時間 | 15500BZZ00105000 |

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成17年厚生労働省告示第112号）別表の148
付帯的な機能リスト（低周波治療器・乾式ホットパック装置組合せ理学療法機器）

| No. | 機能名称 | 機能の定義 | 備考[承認又は許可番号] |
|-----|----------|--------------------------|------------------|
| 1 | 吸引導子 | ポンプによる吸引圧で患部へ吸着させる方式の導子 | |
| 2 | 加圧導子 | ポンプからの圧力で患部へ加圧装着させる方式の導子 | 21400BZZ00107000 |
| 3 | 出力チャンネル数 | 出力回路数 | 21400BZZ00107000 |

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成 17 年厚生労働省告示第 112 号）別表の 149
付帯的な機能リスト（低周波治療器・キセノン光線治療器組合せ理学療法機器）

| No. | 機能名称 | 機能の定義 | 備考[承認又は許可番号] |
|-----|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 発光間隔切替機能 | キセノン放電管の発光間隔を設定する | 61B 第 725 号 01B 第 1805 号 05B 第 1010 号 21400BZZ00217000 21500BZZ00077000 |
| 2 | 治療タイマ | 時限作動時に出力停止と終了音報知 | 61B 第 725 号 01B 第 1805 号 05B 第 1010 号 21400BZZ00217000 21500BZZ00077000 |
| 3 | 安全装置 | 異常時の保護装置 | 61B 第 725 号 01B 第 1805 号 05B 第 1010 号 21400BZZ00217000 21500BZZ00077000 |
| 4 | 吸引導子 | ポンプによる吸引圧で患部へ吸着させる方式の導子 | 05B 第 1010 号 21400BZZ00217000 |